

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS III.

Közbeszerzés tárgya: „Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”

Ajánlati felhívás

iktatószáma: 2017/S 001-000168
közzétételének dátuma: 2017. január 03.

Ajánlattételi határidő: 2017. március 21. 11.00 óra

Tisztelt Címzettek!

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek ajánlatkérőhöz, amelyekre ajánlatkérő az alábbiak szerint válaszol.

1. Rész: Intenzív ágy (5 db) esetében:

1. kérdés:

Előírás:

Fekvőfelület mérete:	Min. 90 x 190 cm	
----------------------	---------------------	--

Elfogadja-e t. Ajánlatkérő a verseny szélesítésének érdekében érvényesen megajánlhatónak az intenzív ágy esetében azt a terméket, melynek esetében az ágy szélessége – az intézményekben megszokott ajtószélesség figyelembevétele miatt – max. 5%-kal keskenyebb?

Amennyiben nem, úgy kérjük t. Ajánlatkérő indoklását!

Válasz:

Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a műszaki specifikációt, mivel a kórházban található ágyak mérete megegyezik a fenti kívánt mérettel, továbbá az intenzív osztályon a használat során felmerült gyakorlati tapasztalatok alapján a megajánlott méretet szükségesnek tartja. Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

2. kérdés:

Előírás:

Az ágy fej és lábrésze eltávolítható legyen egy mozdulattal	Igen	
---	------	--

A fenti előírás az MSZ EN 60601-2-52 szabványba ütközik. A megajánlani kívánt ágy a szabványnak eleget tesz, így az ágy fej- és lábrésze könnyen és gyorsan, de 2 mozdulattal távolítható el, annak érdekében, hogy véletlenszerűen ne lehessen eltávolítani.

Kérjük t. Ajánlatkérő módosítsa az előírt elvárást vagy fogadja el érvényesen megajánlhatónak az olyan terméket, amely a szabványnak eleget tesz!

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

Válasz:

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

3. Kérdés:

Fenti tender 1. Részfeladat 2. tétel „Intenzív ágy” műszaki leírásában „Fekvőfelület mérete: Min. 90 x 190 cm” méretével kapcsolatban kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a verseny biztosítása érdekében fogadja el a 85 x 190 cm méretet.

Ez a méret orvostechnikai és műszaki szempontból nem jelent hátrányt az intenzív ágy funkciójának teljes mértékben megfelel. Az általunk megajánlani kívánt ágy többi paraméterében a kiírás elvárásánál kedvezőbb műszaki adottságokkal rendelkezik, mely a kórháznak jelentős előnyt jelentene a használat során.

Válasz: Lásd 1. kérdésre adott válasz.

4. Kérdés:

Az intenzív ágy műszaki elvárásai között nem szerepel az átröntgenezhetőség (az ágy teljes hosszában), viszont a szivacsmatrac elvárásoknál „Röntgensugár áteresztő kivitel” kér a Tisztelt Ajánlatkérő.

Kérjük tisztázó válaszukat, hogy az ágy tekintetében is röntgenezhető (az ágy teljes hosszában) kivitelű intenzív ágyat kell megajánlatni?

Válasz:

Természetesen az ágynak is röntgenezhető kivitelűnek kell lennie. Ajánlatkérő kiegészítette a műszaki specifikációt.

5. kérdés:

Fenti tender 1. rész 2-es tételével az Intenzív ággyal kapcsolatban az alábbi kérdéseinkre várjuk tisztelettel válaszukat:

Az intenzív ágy elektromos magasságállítás műszaki paramétere:

„Min 40-75cm”

ez erősen versenykorlátozó elvárás.

Kérjük fogadják el szakmai és műszaki funkció egyenértékű módon megfelelő

40-75% +/-5% elvárást.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

Válasz:

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

6. Kérdés:

"Az ártáblázat 1. rész 2. fejezetében szereplő 5 db. intenzív ágy esetében minimum műszaki elvárásként szerepel, hogy az elektromos magasság állítás tartománya 40-75cm között legyen. Elfogadható-e Ajánlatkérő részére, ha a magasság állítás tartománya 45-85 cm között van, tehát még nagyobb emelési tartományt is biztosít, mivel a 40 cm nem szokásos alsó érték, lévén túl alacsony és kényelmetlen a betegek számára?"

Válasz:

Lásd az 5. kérdésre adott választ.

4. rész 1-es tétele: fóliahegesztő készülék

7. Kérdés:

Kérjük tisztázó felvilágosító válaszukat, mit értenek pontosan „lassú start funkció megléte” elvárás alatt? A hegesztő gépek bekapcsolása, felfűtése és a megfelelő hőmérséklet elérése után technikailag lassabban indulnak, mint a „munka sebességük”, azaz 10-15 m/perc sebesség.

Ezért ennek a funkciónak a megléte felesleges, illetve a gép használata során nem jelent külön előnyt. A külön súlyszámmal történő értékelése indokolatlan előnyhöz juttatja az ezen funkcióval rendelkező készülék megajánlóját.

Kérjük ennek törlését!

Válasz:

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

8.Kérdés:

„Hegesztési rés a teljes hosszban látható fényjelzés a hibás és normál működés kijelzésére”

A kiírásban szereplő fóliahegesztő készülék mikroprocesszoros vezérlésű, mely automatikus paraméter felügyelettel működik, a hibás hegesztés esetén a készülék önmagát leállítja és hibajeleket küld.

Ezért ennek az elvárásnak a megléte felesleges, a gép használata során nem jelent külön előnyt. A külön súlyszámmal történő értékelése indokolatlan előnyhöz juttatja az ezen funkcióval rendelkező készülék megajánlóját.

Válasz:

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

9. Kérdés:

„Mechanikusan állítható nyomás minimumának a maximuma 70 N. A 70 N feletti érték érvénytelen”

A korszerű hegesztőgépeknél a biztonságos hegesztés, például az oldalhajtásos /redős tasakok esetében 100 N nyomással történhet.

Ezért kérjük ezt az elvárást módosítani: „Mechanikusan állítható nyomás 70-130 N között”.

Válasz:

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

10. Kérdés:

Hegesztési varrat minimum 4 párhuzamos szállal (például 4x2,5 mm)”

A korszerű készülékek egybefüggő és középvonalban erősített hegesztési varrattal dolgoznak, ezért kérjük ezt az elvárást kiegészíteni „egybefüggő minimum 10 mm széles középvonalban erősített hegesztési varrat”.

Válasz:

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

11. Kérdés:

„Felfűtési teljesítmény minimum 400 watt”

Kérjük ennek +/- 10%-os eltérését fogadják el a szélesebb verseny biztosítása érdekében.

Válasz:

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

12. Kérdés:

Kérdezzük a tisztelt kiírót, hogy a műszaki specifikációban az Artroszkópos torony és tartozékai részben a shaver pengéknél szereplő radius resector helyett megajánlható-e full radius resector kisebb átmérőjű változata?

Véleményünk szerint a full radius resector kisebb átmérőjű változata is használható radius resectorként.

Válasz:

Radius resectorként megajánlható full radius resector kisebb átmérőjű változata is.

13. Kérdés:

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérő állásfoglalását a tekintetben, hogy a – tudomásunk szerint csak egyetlen gyártó által kínált – „parfokális” zoom adapter helyett megajánlható-e olyan eszköz, mely optikai zoommal és a monitoron látható kép teljes kitöltését biztosító képmegjelenítési

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

programokkal rendelkezik, így funkcionálisan egyenértékű a parfokális zoommal ellátott kamerával.

Válasz:

Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a műszaki specifikációt. (Tudomásunk szerint legalább öt cég van a piacon, aki parfokális zoom adaptert forgalmaz.)

Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) alapján a közbeszerzési dokumentáció módosítására való tekintettel meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.

Az új ajánlattételi határidő 2017. március 21. 11.00 óra

Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2017. március 21. 11.00 óra. Hely: Kuczora Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz. 1. tárgyaló.

Budapest, 2017. február 28.

Üdvözlettel:


dr. Kuczora Gergely
ügyvéd

Kuczora Ügyvédi Iroda
dr. Kuczora Gergely ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz.1.
1366 Budapest 5. Pf.: 59.
Adószám: 18142426-2-41