

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

**Közbeszerzés tárgya:** „Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”

**Ajánlati felhívás**

iktatószáma: 2017/S 001-000168  
közzétételének dátuma: 2017. január 03.

**Ajánlattételi határidő:** 2017. február 21. 11.00 óra

**Tisztelt Címzettek!**

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek ajánlatkérőhöz, amelyekre ajánlatkérő az alábbiak szerint válaszol.

**1. kérdés:**

*Defibrillátor (2db)*

*Követelmény:*

*Energia kiválasztás követelmény: Min. 2-360 Joule*

**Kérdés:**

*A jelenlegi műszaki megoldások, az orvostechológia rohamos fejlődése lehetővé teszi, hogy más fajta technológiával az újraélesztéskor kisebb energiával, a beteg szív szöveteinek károsítása nélkül lehessen defibrillálni. Erre a világszínvonalú egyéb gyártók készülékei alkalmasak, az*

*egészségügyben a világon mindenhol elfogadott értéként elfogadják a 270 vagy akár a 200 Joule értéket is.*

*Kérjük ezt az értéket a versenykorlátozás elkerülése érdekében fogadják el, módosítsák az előírt 360 Joule feltételt.*

**Válasz:**

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

**2. kérdés:**

*Defibrillátor (2db)*

*Követelmény:*

*Energialépcsők száma: min. 15*

**Kérdés:**

*Defibrillátorok esetében a nemzetközileg elfogadott energia lépcsők: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270J.*

*Kérjük ezen adatok elfogadását a versenykorlátozás eltörlése érdekében.*

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

*Fenti módosítások elfogadásával a versenyben résztvevők száma emelkedhet, szakmailag semmiféle hátrány nem éri ajánlatkérőt.*

**Válasz:**

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

**3. kérdés:**

*Defibrillátor (2db)*

**Követelmény:**

*Monitorozási idő akkumulátorról: min 200 perc*

**Kérdés:**

*Defibrillátorok esetében a nemzetközileg elfogadott monitorozási idő 180 perc vagy 100 db kisütés az elérhető maximális energiával.*

*Kérjük ezen adatok elfogadását a versenykorlátozás eltörlése érdekében a 200 perc monitorozási időt csökkentsék. Fenti módosítások elfogadásával a versenyben résztvevők száma emelkedhet, szakmailag semmiféle hátrány nem éri ajánlatkérőt.*

**Válasz:**

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

**4. kérdés:**

*5. rész Hysteroskop*

**Kérdés:**

*Megajánlható-e szívó/öblítő csőről vezérelhető lábkapcsoló nélküli hysteroskopos pumpa?*

**Válasz:**

Igen megajánlható. Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt!

**5. kérdés:**

*5. rész Hysteroskop*

**Kérdés:**

*- A specifikációban csak „sheat”-eket, vagyis tubusokat sorolnak fel. A hysteroskop működéséhez az ezekhez tartozó obturátorokra ill. külső/ belső saftokra is szükség van.*

*Kérdésünk: jól értelmezzük, hogy komplett eszközöket kell megajánlani és nem csak egy-egy tubust?*

**Válasz:**

Igen, komplett eszközöket kell megajánlani. Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt!

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

**6. kérdés:**

5. rész Hysteroskop

Kérdés:

- *Bipoláris elektróda: milyen típusú (végződésű) 5 Fr.-es elektródát kell megajánlani?*

Válasz:

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt!

Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) alapján a közbeszerzési dokumentáció módosítására való tekintettel meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.

Az új ajánlattételi határidő 2017. február 28. 11.00 óra

Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2017. február 28. 11.00 óra. Hely: Kuczora Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz. 1. tárgyaló.

Budapest, 2017. február 14.

Üdvözlettel:



dr. Kuczora Gergely  
ügyvéd

**Kuczora Ügyvédi Iroda**  
**Kuczora Gergely ügyvéd**  
1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz.1.  
1366 Budapest 5. Pf.: 59.  
Adószám: 18142426-2-41