

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS II.

Közbeszerzés tárgya: „Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”

Ajánlati felhívás

iktatószáma: 2017/S 001-000168
közzétételének dátuma: 2017. január 03.

Ajánlattételi határidő: 2017. február 28. 11.00 óra

Tisztelt Címzettek!

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek ajánlatkérőhöz, amelyekre ajánlatkérő az alábbiak szerint válaszol.

1. kérdés:

Ragaszkodik- e T. Ajánlatkérő, hogy LED fényforrás megajánlása esetén is legyen a fényforráson élettartam kijelzés és legyen benne beépített tartalék égő?

LED fényforrás esetében a LED égők minimum élettartama legalább 40.000 – 50.000 munkaóra. Ezen fényforrások esetében a fényforrásokon NINCS élettartam kijelzés és NINCS beépített tartalék égő. Tartalék égő és élettartam kijelzés a Xenon vagy halogén lámpák esetében szükséges, mivel azok üzemidőre számított élettartama a LED égőkhöz képest rendkívül csekély és ezek esetében a felhasználó számára rendkívül hasznos információ, hogy azok meddig bírják a munkát még.

LED égők esetében a gyártó (vagy annak hazai forgalmazója) az ÉGŐKRE vonatkozóan tájékoztatást ad és vállalja, hogy mennyi az élettartamuk. Ennek megfelelően – kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy LED fényforrás megajánlása esetén fogadja el egyenértékűnek, hogy azokon nincs élettartam kijelzés és nincs bennük tartalék égő, ellenben a gyártóval egyetemben nyilatkozunk arról, hogy a megajánlásra kerülő LED égő a fényforrásban - élettartamát tekintve - minimum 50.000 munkaóra.

Válasz: Csak Xenon vagy halogén lámpák esetében szükséges tartalék égő vagy élettartam kijelzés, LED-es fényforrásnál nem szükséges.

2. kérdés:

A specifikáció áttanulmányozása során nem találtuk, hogy T. Ajánlatkérő a HD kamerafej esetében milyen C-Mount TV objektívet kíván használni, így milyen TV adapter megajánlását kéri. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy ezügyben egyértelműen határozza meg, hogy pl. 21, 25, 28 fix, vagy „parfokális” zoom adaptert (pl. 15 – 35 mm) kíván a kamerafejhez beszerezni.

Válasz: Ajánlattevőnek „parfokális” zoom adaptert szükséges megajánlani.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Kórházi berendezések, és gépek beszerzése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

3. kérdés:

A specifikáció nem tartalmaz endoszkópos tárolórendszert (trolley-t). Jól értelmezzük, hogy T. Ajánlatkérőnek az arthroscopos torony beszerzésekor erre nincs szüksége és valóban nem kell megajánlani?

Válasz: Tárolórendszert is szükséges megajánlani a megajánlott berendezéshez.


4. kérdés:

A specifikáció nem tartalmaz arthroscopos öblítőpumpát. Jól értelmezzük, hogy T. Ajánlatkérőnek az arthroscopos torony beszerzésekor erre nincs szüksége és valóban nem kell megajánlani?

Válasz: Öblítő pumpa megajánlása is szükséges.

Budapest, 2017. február 17.

Üdvözlettel:



dr. Kuczora Gergely
ügyvéd

Kuczora Ügyvédi Iroda
dr. Kuczora Gergely ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz.1.
1366 Budapest 5. Pf.: 59.
Adószám: 18142426-2-41